

Διευκρινήσεις σχετικά με την υπ. αριθμ. 15537/30-11-2020 Πρόσκληση για την επείγουσα προμήθεια οκτακοσίων εξήντα τριών (863) ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ για παρακολούθηση χώρων φύλαξης εμβολίων και βιολογικών προϊόντων για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από τον κορωνοϊό COVID-19 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνον βάσει τιμής.

Διευκρινίζεται ότι:

A) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές του προς προμήθεια είδους, οι οποίες περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ, είναι οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές, τις οποίες πρέπει να έχει οπωσδήποτε το προς προμήθεια είδος. Οποιαδήποτε άλλη τεχνική δυνατότητα δύναται να είναι επιπλέον των ελαχίστων, αλλά δέον να ληφθεί υπ' όψιν ότι κριτήριο κατακύρωσης είναι η προσφερόμενη τιμή και μόνον.

B) Η έννοια της επικύρωσης έχει την έννοια της "διακρίβωσης ως προς την ακρίβεια των μετρήσεων (συμπεριλαμβανομένης της συνυπολογισμένης αβεβαιότητας)".

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι Τεχνικές Προδιαγραφές ως έχουν.

Για την ΙΦΕΤ ΜΑΕ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Σωτηρίου Ιωάννης